

## REQUISITI MINIMI STRUTTURALI - SPECIFICI AZIENDA ORTOPEDICA (5/6)

**Superficie della sede**

MQ .....

La sede dell'azienda abilitata deve essere localizzata in ambienti proporzionati, per dimensione e riparto di vani, al volume di prestazioni erogate da ciascuna e comunque idonei a garantire un'accoglienza adeguata ed un servizio appropriato alla tipologia delle prestazioni protesiche fornite.

**Numero locali**

.....

La ripartizione dei vani dovrà comunque prevedere:

- la **sala di aspetto**. Lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
- la **sala per il rilievo delle misure, le prove e l'applicazione protesica ben distinta da quella di aspetto** per la tutela della riservatezza dei soggetti interessati
- un **locale laboratorio** in misura e spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature, dei banchi lavoro e del personale proporzionati a tipologia e quantità delle prestazioni orto-protesiche che si intendono erogare. Deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di ambienti di lavoro.

**Destinazione d'uso**

( SI )                      ( NO ) **Sala di aspetto**

( SI )                      ( NO ) **Sala per il rilievo delle misure, le prove e l'applicazione protesica**

( SI )                      ( NO ) **Locale laboratorio**

( SI )                      ( NO ) **Altri locali** .....

**Nota 2.** - È fatto divieto, per le aziende abilitate, di introdurre attività di recapito presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie (ad es.: farmacia, parafarmacia, sanitaria, ecc.).

La zona aperta agli utenti disabili è priva di barriere architettoniche oppure dotata di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, ecc.).

**Accessibilità dei locali e servizio igienico**

( SI )                      ( NO ) .....

Se, per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali, non sono possibili modifiche rispetto alla situazione esistente, le aziende fornitrici mantengono l'accreditamento in via provvisoria per tre anni, al termine del quale debbono obbligatoriamente adeguarsi e/o ottenere deroga alla luce di opportuni correttivi proposti quale soluzione del problema osservato.

I locali sono dotati di un servizio igienico congruo, attrezzato e fruibile dalle "diverse abilità" che si vuole assistere.

( SI )                      ( NO ) .....

I locali utilizzati da ciascuna sede debbono risultare in possesso del requisito dell'abitabilità e di tutti gli altri requisiti riferiti ad un regolare esercizio di attività di tipo commerciale ovvero produttivo, compresi quello della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008.

**Estremi abitabilità o data comunicazione Comune**

Documento n..... data ..... prot. ....

**Nota 3.** - Le filiali di aziende iscritte nell'elenco regionale, possono espletare attività di rilevazione misure, prova, modifica, consegna dei dispositivi medici e le relative attività amministrative se in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a)** devono essere dichiarate presso la ATS competente del territorio su cui ricadono (codifica ATS per ogni filiale);
- b)** deve essere garantita la presenza del tecnico ortopedico per l'intero orario di apertura al pubblico dell'esercizio, fatte salve le eventuali assenze per giustificato motivo documentabile. Il tecnico ortopedico deve avere un rapporto esclusivo con l'azienda presso la sede di cui si chiede l'inserimento nell'elenco fornitori di protesi dell'ATS;
- c)** la struttura deve essere munita di una sala di attesa con relativa ricezione, una sala rilevazione misure e modelli, una sala prova e servizi igienici per disabili oltre che i servizi igienici per il personale (solo se l'azienda è di dimensioni tali da richiederlo per consistente numero di personale);
- d)** essere dotata di macchinari e attrezzature idonee allo svolgimento degli interventi di adattamento del presidio necessari.

**Filiali e sedi distaccate**