

# REQUISITI MINIMI STRUTTURALI - SPECIFICI AZIENDA AUDIOPROTESICA (5/6)

<b>Superficie della sede</b>	<p>MQ .....</p> <p>La sede dell'azienda abilitata deve essere localizzata in ambienti proporzionati, per dimensione e riparto di vani, al volume di prestazioni erogate da ciascuna e comunque idonei a garantire un'accoglienza adeguata ed un servizio appropriato alla tipologia delle prestazioni protesiche fornite.</p>
<b>Numero locali</b>	<p>.....</p> <p>La ripartizione dei vani dovrà comunque prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>sala di aspetto</b> (area accoglienza). Lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;</li> <li>- la <b>sala prove ben distinta da quella di aspetto</b> per la tutela della riservatezza dei soggetti interessati;</li> <li>- un <b>locale laboratorio</b> in misura e spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature e del personale proporzionati a tipologia e quantità delle prestazioni audioprotesiche che si intendono erogare. E' necessaria l'acquisizione, previa formazione specifica, delle autorizzazioni da parte delle aziende produttrici degli apparecchi acustici per i quali si intendono operare attività di revisione, riparazione e .....</li> </ul>
<b>Destinazione d'uso</b>	<p>( SI )                      ( NO ) <b>Sala di aspetto</b></p> <p>( SI )                      ( NO ) <b>Sala prove</b></p> <p>( SI )                      ( NO ) <b>Locale laboratorio</b></p> <p>( SI )                      ( NO ) <b>Altri locali</b> .....</p> <p><b>Nota 2.</b> - È fatto divieto, per le aziende abilitate, di introdurre attività di recapito presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie (ad es.: farmacia, parafarmacia, sanitaria, ecc.).</p> <p>La zona aperta agli utenti disabili è priva di barriere architettoniche che ne limitano o impediscono la fruibilità dei locali stessi ai pazienti (in caso di intrasportabilità del paziente va garantito il servizio domiciliare).</p>
<b>Accessibilità dei locali e servizio igienico</b>	<p>( SI )                      ( NO ) .....</p> <p>I locali sono dotati di un servizio igienico congruo e attrezzato.</p> <p>( SI )                      ( NO ) .....</p> <p>I locali utilizzati da ciascuna sede debbono risultare in possesso del requisito dell'abitabilità e di tutti gli altri requisiti riferiti ad un regolare esercizio di attività di tipo commerciale ovvero produttivo, compresi quello della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008.</p>
<b>Estremi abitabilità o data comunicazione Comune</b>	<p>Documento n..... data ..... prot. ....</p>
<b>Filiali e sedi distaccate</b>	<p><b>Nota 3.</b> - Le filiali di aziende iscritte nell'elenco regionale, possono espletare attività di prova, adattamento, consegna degli apparecchi acustici e le relative attività amministrative se in possesso delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> devono essere dichiarate presso la ATS competente del territorio su cui ricadono (codifica ATS per ogni filiale);</li> <li><b>b)</b> deve essere garantita la presenza del tecnico audioprotesista abilitato per l'intero orario di attività della struttura, fatte salve le eventuali assenze per giustificato motivo documentabile. La sua presenza deve essere assicurata per tutte le fasi relative alla fornitura (dalla presa in carico del paziente alla consegna del dispositivo) e comunicata all'utenza con apposito cartello esposto all'intero delle sedi;</li> <li><b>c)</b> la struttura deve essere munita di una sala di attesa con relativa ricezione, una sala prova attrezzata e servizio igienico.</li> </ul>